



Anforderungen an Prüfmittel für Instandsetzer von AU-Messgeräten

Die Eichverwaltung informiert

1. Prüfung von Abgasmessgeräten für Fremdzündungsmotoren

Geräte mit eichpflichtigen Gasmesskanälen für CO, CO₂, HC und O₂

zwei amtlich zertifizierte Prüfgase mit folgender Zusammensetzung gemäß Anforderungen der PTB (PTB-A 18.10):

Mischung	Beimengungen in Stickstoff	Volumenkonzentration angegebener Wert + 10%	maximale relative Unsicherheit
A	CO	3,5% vol	1%
	CO ₂	14% vol	1%
	Propan	2000·10 ⁻⁶	1%
B	CO	0,5% vol	1%
	CO ₂	6% vol	1%
	Propan	200·10 ⁻⁶	2%

Als Nachweis sind Kopien der Prüfscheine vorzulegen.

2. Prüfung von Abgasmessgeräten für Kompressionszündungsmotoren

Amtlich geprüfte Graufilter für jeden Messgerätetyp, für den die Instandsetzerbefugnis gelten soll. Die amtliche Prüfung kann entweder von der PTB oder der Eichbehörde durchgeführt werden.

Der Nachweis über die Prüfung erfolgt durch ein Stempelzeichen am Gerät bzw. durch eine schriftliche Bescheinigung.

Eine Kopie der Bescheinigung bzw. des gestempelten Filters ist vorzulegen



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

REGIERUNGSPRÄSIDIUM
TÜBINGEN, ABTEILUNG 10
EICH- U. BESCHUSSWESEN
BADEN-WÜRTTEMBERG
DIREKTION
ULMER STRASSE 227 B
70327 STUTTGART

TELEFON: 0711 4071 0
TELEFAX: 0711 4071 200
ebbw.direktion@rpt.bwl.de
INTERNET: www.ebbw.org