

Thermische Energie			
Messgröße / Messgerät	Messbereich	Fehlergrenze FG / Messunsicherheit U(k=2)	Zuständigkeit
Hydraulische Geber für Wärmezähler - Temperatur	< 90 °C	1 K	DIR
Hydraulische Geber für Wärmezähler - Druck	< 20 bar	5 %	DIR
Hydraulische Geber für Wärmezähler - Druckverlust	0,1 bar bis 1 bar	2,5 %	DIR

REA: Regelermittlungsausschuss

Ermittelte Regeln und Erkenntnisse des REA nach § 46 des Mess- und Eichgesetzes.

<http://www.ptb.de/cms/metrologische-dienstleistungen/rea/dokumente-fundstellen.html>

Erläuterungen:

DIR: Direktion Stuttgart

BS: Betriebsstellen

ALB: Eichamt Albstadt

FE: Eichamt Fellbach

FR: Eichamt Freiburg

HN: Eichamt Heilbronn

KA: Eichamt Karlsruhe

MA: Eichamt Mannheim

RV: Eichamt Ravensburg

ULM: Eichamt Ulm-Dornstadt